



Producent pieców i urządzeń
dla laboratoriów, przemysłu metalowego
i szklarskiego



Dla laboratoriów > Piece do maszyny wytrzymałościowej

Piec do zamontowania w maszynie do badań wytrzymałościowych typ SOP 60x180/120M



Oznaczenie pieca PID	SOP 60x180/120M
Maksymalna temp. pracy [°C]	1200
Średnica komory grzejnej [mm]	90
Średnica kształtek [mm]	40
Długość strefy grzania [mm]	180
Napięcie zasilania [V]	230
Ilość stref grzejnych	2
Termopara Typ	S
Moc zainstalowana [kW]	1,4

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami:

tel. 32 47 07 495

tel./fax 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl