



Producent pieców i urządzeń
dla laboratoriów, przemysłu metalowego
i szklarskiego



Dla laboratoriów > Piece do maszyny wytrzymałościowej

**Piec do zamontowania w maszynie do badań wytrzymałościowych typ SOP
75x120/100**



Oznaczenie pieca PID	SOP 75x120/100
Maksymalna temp. pracy [°C]	1000
Średnica komory grzejnej [mm]	75
Średnica kształtek [mm]	35
Długość strefy grzania [mm]	120
Napięcie zasilania [V]	230
Ilość stref grzejnych	1
Termopara Typ	S
Moc zainstalowana [kW]	1

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami:

tel. 32 47 07 495

tel./fax 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl