



Producent pieców i urządzeń  
dla laboratoriów, przemysłu metalowego  
i szklarskiego



**Dla laboratoriów > Piece do maszyny wytrzymałościowej**

**Piec do zamontowania w maszynie do badań wytrzymałościowych typ SOP  
75x370/110M**



[www.czylok.com.pl](http://www.czylok.com.pl)

Oznaczenie pieca PID	<b>SOP 75x370/110M</b>
Maksymalna temp. pracy [°C]	<b>1100</b>
Średnica komory grzejnej [mm]	<b>75</b>
Średnica kształtek [mm]	<b>55</b>
Długość strefy grzania [mm]	<b>370</b>
Napięcie zasilania [v]	<b>230</b>
Ilość stref grzejnych	<b>3</b>
Termopara Typ	<b>S</b>
Moc zainstalowana [kW]	<b>2</b>

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami:

**tel. 32 47 07 495**

**tel./fax 32 47 07 502**

**e-mail: [czylok@czylok.com.pl](mailto:czylok@czylok.com.pl)**